

SPPR - 156/EW/2025

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę ambulansu sanitarnego typu C, DMC $\geq$ 3,8t z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, znak: SPPR - 01/BOZP/2025.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna parametr nośności transportera 230 kg za spełniony przez zestaw transportowy (nosze połączone z transporterem) o nośności 227 kg?

W tym miejscu należy wskazać, że sama masa noszy bez materaca wynosi 20 kg.

Oferowany system noszy i transportera spełnia wymagania określone w normie PN-EN 1865-1, posiada aktualną deklarację zgodności UE MDR, oraz deklarację zgodności z normami PN-EN 1789:2020 i PN-EN 1865-1:2010 (które to normy w swojej treści dotyczącej noszy oraz mocowania noszy są tożsame z zapisami norm PN-EN 1789:2007+A2:2014 i PN-EN 1865-1:2010+A1:2015)

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.