

Lublin, dnia 17.04.2025 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawę aparatów do kriolezji i termolezji.**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 2

Proszę o uzupełnienie do udzielonej odpowiedzi z dnia 14.04.2025 dotyczącej określenia/doprecyzowania ilości zamawianych przez Zamawiającego dla poszczególnych elementów wyposażenia aparatu do termolezji.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź z dnia 14.04.2025r. i podaje minimalne ilości elementów wyposażenia aparatu do termolezji:

- kabel wielorazowy do kaniulo-elektrod - 4 sztuki
- elektrody 1-raz - 150 mm - 70 sztuk
- jednorazowe kaniulo-elektrody -100 mm; 150 mm (do wyboru) - 70 sztuk
- elektrody wielorazowe 100 mm; 150 mm (do wyboru) - 5 sztuk
- kaseta do sterylizacji - 5 sztuk
- kabel do elektrod wielorazowy - 2 sztuki