

Łódź, dnia 06.06.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Dostawa używanej zamrażarki niskotemperaturowej – nr postępowania 15/ZP/2025/N.**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I WNIOSEK

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z pytaniami oraz wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1. *Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach 795x680x815mm (SzxGxW) i zużyciu energii 5,5 kWh/24h?*

Ad 1. Nie, Zamawiający nie dopuści zamrażarki o wymiarach 795x680x815mm (SzxGxW) i o większym zużyciu energii.

Pytanie 2. *Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o masie 92 kg netto?*

Ad.2. Nie, Zamawiający nie dopuści zamrażarki o masie 92 kg netto..

Zamawiający informuje, że zapisy w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu nie ulega zmianie.

Sebastian Rudziński
Dyrektor Centrum Zamówień
Publicznych i Zakupów UŁ