



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.DZP.24.15.(DAM/19).2025.E.HR.

Poznań, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej „1”, nr rejestru:
DZP/DAM/19/2025.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024. poz. 1320) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Pytanie 1 dot. pakietu 6 pozycje 1-8

Czy Zamawiający wymaga akcesoriów zwalidowanych (dopuszczonych do użytkowania) przez producenta urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

Pytanie nr 2

Pytanie 2 dot. pakietu nr 6 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 3,6 m?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie kabla o długości 3,6 m.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski

Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: E. Hendzelewska-Redo

Sporządzono w 1 egzemplarzu

1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa